

## Resoconto dell'esercitazione del 12.12.13

### Partecipanti

la Dirigente scolastica, il Presidente del consiglio d'istituto, un'Addetta di segreteria, una Insegnante, un Collaboratore scolastico, 5 Soccorritori qualificati BLS/D (3 Insegnanti e un Collaboratore scolastico); 4 soci di Quartieri Connessi, 2 genitori, 6 operatori di Croce Medical.

Il materiale per l'esercitazione (ambulanza, defibrillatore, AMBU, barella etc.) è stato gentilmente fornito da Croce Medical.

### Descrizione

L'esercitazione aveva lo scopo principale di provare la procedura di soccorso approvata lo scorso 14 novembre e lo scopo secondario di rivedere le nozioni di soccorso apprese dagli operatori BLS/D. Si è cercato di rendere l'esercitazione il più realistica possibile invitando tutti i partecipanti ad immedesimersi il più possibile e a comportarsi con naturalezza.

### Cronologia

10.15	Si predispongono un finto defibrillatore sopra l'armadietto del defibrillatore e un manichino nell'aula 2E scuola secondaria
10.30	Nell'ufficio della Dirigente si procede al briefing. Poiché si constata l'assenza di parecchi collaboratori scolastici, si procede, ai fini dell'esercitazione, a rimpiazzarne due con altrettanti genitori
10.50	Termina il briefing e ciascuno si posiziona nella sua postazione: gli insegnanti nelle rispettive classi, i collaboratori scolastici nelle rispettive postazioni, gli osservatori nelle postazioni prestabilite.
10.58	Alle ore 10.58 si adagia per terra il manichino, dando inizio all'esercitazione. In quel momento c'è in corso la ricreazione, quindi i corridoi sono abbastanza rumorosi. Gli alunni della classe 2E sono stati istruiti a fare ricreazione da seduti. La professoressa della 2E, momentaneamente impegnata fuori dalla porta è avvisata da un alunno. Immediatamente l'insegnante lancia l'allarme urlando "arresto cardiaco" per tre volte. Sospettando che l'allarme non fosse stato sentito, l'insegnante istruisce un alunno a recarsi nei pressi del defibrillatore per dare l'allarme. L'alunno percorre velocemente i corridoi e la scala urlando "arresto cardiaco".
10.58	Suona la campanella (2 squilli)
10.59	Giunge sul posto la prima soccorritrice che, constatate le condizioni della vittima, inizia la movra di rianimazione
10.59	Arrivo degli altri 4 soccorritori
10.59	Arrivo del defibrillatore portato dal genitore che fa le veci del collaboratore scolastico
10.59	Apertura cancello
11.00	Arrivo della Dirigente scolastica
11.01	Chiamata al 118 (simulata dalla chiamata ad un numero di cellulare predefinito)
11.03	Il defibrillatore viene attaccato alla vittima
11.03	Arrivo ambulanza nel piazzale della scuola
11.05	Arrivo dei soccorritori del 118 in classe
11.10	Fine esercitazione
11.20	Debriefing

### **Criticità riscontrate**

Allarme vocale: non si è sentito, specie a causa del rumore dovuto al periodo di ricreazione.

Allarme tramite campanella si è sentito male, o si è sentito solo uno squillo. Alcuni dei soccorritori lo hanno sentito perchè lo aspettavano, ma nessuno ha avuto la chiara sensazione di un inequivocabile segnale di emergenza.

L'Insegnante non ha chiamato il 118 (non aveva il cellulare).

Sono trascorsi circa 4 minuti tra l'arrivo del defibrillatore (che è stato poggiato per terra) e il suo utilizzo.

La chiamata al 118 è stata incompleta. Non è stato fornito l'indirizzo della scuola e la telefonata è stata interrotta mentre l'operatore stava ancora chiedendo informazioni.

### **Raccomandazioni**

Rimarcare l'importanza di rilanciare l'allarme vocale da parte di tutti coloro che lo sentono.

Trovare un altro metodo per lanciare l'allarme generale, magari sperimentando un diverso e più incisivo uso della campanella e/o implementando l'uso dell'interfono o di una sirena da installare nei pressi del defibrillatore.

I soccorritori che arrivano in seguito, oltre ad assistere il primo soccorritore dandogli il cambio quando necessario, devono farsi parte dirigente nel predisporre il defibrillatore e nel suggerirne l'uso immediato.

La chiamata al 118 deve essere interrotta solo dietro specifica autorizzazione dell'operatore.

Si allega una copia revisinata della Procedura di soccorso per l'approvazione.